

仕 様 書

1	物 品 名	有害ガス検知器
2	数 量	1 台
3	仕 様	検知対象ガス : 可燃性ガス (メタン又はイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素 ガス採気方式 : 自動吸引式 使用温湿度範囲 : - 1 0 ~ 4 0 ℃、3 0 ~ 9 0 % R H 以下 使用電源 : 単 3 形アルカリ乾電池 × 4 本 表示方法 : L C D 表示 (通常表示、グラフ表示、和文・英文表示の切り替え可能) 警報方式 : ブザー (9 0 d B 以上)、L C D 表示点滅、赤色ランプ点滅) 連続使用時間 : 8 時間以上 (アルカリ乾電池使用時、2 0 ℃、警報・バックライト・データロギング O F F 時) 防爆構造 : 本質安全防爆構造、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造 主な機能 : 自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知 (圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示 寸法 : W 1 5 2 × H 1 5 2 × D 4 2 (mm) 質量 : 約 8 7 0 g (本体部のみ) 標準セット : アルミケース仕様 (巻取リール型 8 m ガス導入管、サンプリングフロート、巻取リール型外部警報器 (8 m ケーブル付き)、A C アダプタ、アルミケース)

4 納入条件

- ① 本体及び付属品は全て新品とする。また、取扱説明書は日本語表記のものとする。
- ② 輸送、搬入、据付、調整等の本物品の設置に関わる費用は、全て本体に含まれるものとする。また、本物品の搬入、据付、調整に関して協議が必要な場合には、事前に打ち合わせを行うものとする。
- ③ 本物品の検収は、当方立ち会いのもとで安全性と安定動作を確認したうえで完了する。
- ④ 検収に付随して発生する費用は、全て受注者の負担とする。
- ⑤ 検収を終えた時点で納入が完了するものとする。
- ⑥ 本物品の操作及び保安に関する教習は、受注者の責任において1回以上行うものとする。
- ⑦ 本物品の保証期間は納入完了後1か年（ただし、メーカー保証が1か年を越える場合は、その期間）とし、保証期間内に通常の使用で生じた事故及び不具合については、受注者の負担において無償で修理、調整を行うものとする。
- ⑧ 事故及び不具合が生じた場合は、速やかに対処できる体制であること。