

仕 様 書

1	物 品 名	硫化水素測定器	
2	数 量	1 台	
3	仕 様	検知対象ガス ガス測定原理 採気方式 測定範囲 指示精度 最小分解能 温度測定範囲 温度センサ 温度精度 表示方法 測定値 使用環境条件 電源 電池寿命 バックアップ電池寿命 時計精度 ロギングデータ数 サンプリング間隔 通信方式 外形寸法・重量 セット内容	: 硫化水素ガス : 定電位電解式 : 拡散式 : 0 ～ 5 0 0 p p m : F . S の ± 5 % : 1 p p m : 0 ～ 4 0 ℃ : C - M O S 温度センサ（半導体式） : ± 3 ℃ : 液晶表示器（表示内容：濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量） : 瞬時値、平均値、最大値、最小値を選択 : 温度：0 ～ 4 0 ℃、相対湿度：3 0 ～ 9 5 % R H（結露なきこと） : 単三形アルカリ乾電池（2 本） : 3 ヶ月 : リチウム電池（1 個）、寿命 5 年間 : ± 1 0 秒／日の誤差（周囲温度 2 5 ℃） : 濃度、温度各 4 5 9 6 0 個 : 1 分、5 分、1 0 分、1 5 分、3 0 分、6 0 分 : U S B 2 . 0 : 約 φ 8 9 × 1 4 8 m m（高さ）、約 3 9 0 g : 本体、センサ、吊り下げ用紐 5 m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単三アルカリ乾電池、センサフィルタ、

U S B ケーブル（1 m）、取扱説明書

4 納入条件

- ① 本体及び付属品は全て新品とする。また、取扱説明書は日本語表記のものとする。
- ② 輸送、搬入、据付、調整等の本物品の設置に関わる費用は、全て本体に含まれるものとする。また、本物品の搬入、据付、調整に関して協議が必要な場合には、事前に打ち合わせを行うものとする。
- ③ 本物品の検収は、当方立ち会いのもとで安全性と安定動作を確認したうえで完了する。
- ④ 検収に付随して発生する費用は、全て受注者の負担とする。
- ⑤ 検収を終えた時点で納入が完了するものとする。
- ⑥ 本物品の操作及び保安に関する教習は、受注者の責任において1回以上行うものとする。
- ⑦ 本物品の保証期間は納入完了後1か年（ただし、メーカー保証が1か年を超える場合は、その期間）とし、保証期間内に通常の使用で生じた事故及び不具合については、受注者の負担において無償で修理、調整を行うものとする。
- ⑧ 事故及び不具合が生じた場合は、速やかに対処できる体制であること。